

Số: 15 /TB-TTYT

Vĩnh Hoà, ngày 18 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế U Minh Thượng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức mua sắm cho gói thầu Mua sắm máy huyết áp bắp tay tự động phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế U Minh Thượng năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế U Minh Thượng.
- Địa chỉ: Ấp Cạn Ngọn A, xã Vĩnh Hoà, tỉnh An Giang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế.
- Địa chỉ email: duoc.ttytuml@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Y tế U Minh Thượng.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 28 tháng 01 năm 2026 đến trước 17h ngày 03 tháng 02 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục danh mục cần mua sắm: (Đính kèm danh mục phụ lục 1)

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản hàng hoá:

- Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế U Minh Thượng.
- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản: Vận chuyển và bảo quản theo đúng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất.

3. Mẫu báo giá của các hãng sản xuất, nhà cung cấp:

- Thực hiện theo đúng mẫu báo giá theo quy định, thể hiện đầy đủ các thông tin của công ty chào giá.
- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp khi báo giá thì phần đơn giá (VND) đã

bao gồm các loại thuế phí, lệ phí (nếu có).

- Danh mục báo giá các hãng sản xuất, nhà cung cấp thêm mục quy cách đóng gói.

Trung tâm Y tế U Minh Thượng rất mong nhận được sự quan tâm và bảng chào giá của quý công ty/đơn vị. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KDVTTBYT.

GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Dũng

DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

• Mua sắm máy huyết áp bắp tay tự động phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế U Minh Thượng năm 2026

(Đính kèm thông báo số: 13/TB-TTYT ngày 28/01/2026 của Trung tâm Y tế U Minh Thượng)

STT	Tên hàng hoá	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng kế hoạch	Ghi chú
1	Máy đo huyết áp bắp tay tự động	<p>Cấu hình và phụ kiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính kèm phụ kiện chuẩn: 01 cái - HDSD: 01 bộ Thông số kỹ thuật: - Phương pháp đo: đo dao động - Phạm vi áp suất: 0-299 mmHg - Độ chính xác hiển thị áp suất: ± 3 mmHg - Bơm hơi: Tự động bơm hơi bằng máy bơm không khí - Xả hơi: Tự động xả hơi bằng van xả cơ học - Xả hơi nhanh: Tự động xả hơi nhanh bằng van điện từ - Nguồn điện xoay chiều: 100V – 240V ~ 50Hz – 60 Hz - Năng lượng tiêu thụ: 50 – 80 VA - Phương pháp hiển thị: Đèn LED & màn hình hiển thị 3 chữ số - Máy in: In nhiệt, độ rộng giấy: 58 mm" 	Máy	1	
2	Giấy in 58mm	Giấy in phù hợp với máy đo huyết áp bắp tay tự động	Cuộn	150	