

Số: 34/TB-TTYT

Vĩnh Hoà, ngày 26 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ
(về việc Mua sắm thiết bị, vật tư y tế, vật tư tiêu hao phát sinh nhu cầu năm 2026)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế U Minh Thượng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức mua sắm cho gói thầu Mua sắm thiết bị, vật tư y tế, vật tư tiêu hao phát sinh nhu cầu năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế U Minh Thượng.

- Địa chỉ: Ấp Cạn Ngọn A, xã Vĩnh Hoà, tỉnh An Giang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế.

- Địa chỉ email: duoc.ttytumi@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Y tế U Minh Thượng.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 26 tháng 03 năm 2026 đến trước 17h ngày 03 tháng 04 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục danh mục cần mua sắm: (Đình kèm danh mục phụ lục 1)

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản hàng hoá:

- Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế U Minh Thượng.

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản: Vận chuyển và bảo quản theo đúng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất.

3. Mẫu báo giá của các hãng sản xuất, nhà cung cấp:

- Thực hiện theo đúng mẫu báo giá theo quy định, thể hiện đầy đủ các thông

tin của công ty chào giá.


- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp khi báo giá thì phần đơn giá (VND) đã bao gồm các loại thuế phí, lệ phí (nếu có).

- Danh mục báo giá các hãng sản xuất, nhà cung cấp thêm mục quy cách đóng gói.

Trung tâm Y tế U Minh Thượng rất mong nhận được sự quan tâm và bảng chào giá của quý công ty/đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KDVTBYYT.





DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mua sắm Thiết bị, vật tư y tế, vật tư tiêu hao phát sinh nhu cầu năm 2026

(Đính kèm thông báo số 34/TB-TTYT ngày 26/02/2026 của Trung tâm Y tế U Minh Thượng)

STT	Tên hàng hoá	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng kế hoạch	Ghi chú
1	Nhiệt ẩm kế tự ghi dữ liệu	Dùng đo nhiệt độ trung tâm Dây nối đầu dò dài Nhiệt kế ghi dữ liệu nhiệt độ cực thấp Thang đo nhiệt độ: -100~+80 °C Màn hình LCD lớn có đèn báo nguồn Kết nối USB và Bluetooth, không cần mở ra container để truy cập dữ liệu. Dung lượng bộ nhớ 32,000 điểm dữ liệu. Theo tiêu chuẩn CE (EN12830), RoHS và FDA (21CFR)	Cái	6	
2	Tấm lót sản khoa	Chất liệu: gồm 3 lớp: lớp dưới là nylon PE chống thấm tuyệt đối, lớp giữa là hạt thấm Giấy thấm hạt gel siêu thấm, lớp trên là vải không dệt cho nước đi qua. Kích thước: 40 x 60cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	500	
3	Que đường huyết	Que thử chỉ sử dụng được cho máy đo đường huyết Cleverchek TD-4230. Que thử được tích hợp công nghệ cảm ứng điện cực có khả năng tự động hút máu lên và đo kết quả. Với tính năng này que chỉ cần 1 giọt nhỏ (khoảng 0.6uL) máu tươi trong mao mạch lấy từ đầu ngón tay hoặc lòng bàn tay. Thời gian đo: < 7 giây Thể tích mẫu: 0,6ul - Quy cách đóng gói: 25 que/hộp - Nhiệt độ bảo quản: 4 - 40 độ C (39 - 104 độ F) Đạt chuẩn IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-101; EN 61326-1; IEC/EN 61326-2-6; CE-0123.	hộp	40	
4	Lưỡi dao phẫu thuật các số	Lưỡi dao phẫu thuật các số. Thép không rỉ đã tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	400	
5	Đai cột sống thắt lưng	ĐAI CỘT SỐNG (LOẠI 2) các size : 5,6,7,8,9 TCCL: ISO 13485	Cái	20	
6	Đai xương đòn	Đai xương đòn các size 1,2,3,4,5,6,7,8,9 TCCL: ISO 13485	Cái	20	
7	Đai cổ bàn chân	Nẹp cổ bàn chân các size 1,2,3 TCCL: ISO 13485	Cái	20	
8	Túi treo tay	Túi treo tay các size 1,2,3,4,5,6,7,8,9 TCCL: ISO 13485	Cái	50	
9	Nẹp chống xoay ngắn các cỡ	Nẹp chống xoay ngắn các size 1,2,3,4 TCCL: ISO 13485	Cái	20	
10	Nẹp chống xoay dài các cỡ	Nẹp chống xoay dài các size 1,2,3 TCCL: ISO 13485	Cái	20	

STT	Tên hàng hoá	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng kế hoạch	Ghi chú
11	Đai zimmer	NỆP ĐŨI DÀI (ZIMMER) các size 4,5,6,7,8,9 TCCL: ISO 13485	Cái	10	
12	Bóng đèn hồng ngoại	Ánh sáng đỏ, dùng trong y tế. Tuổi thọ: 5.000 h. Đuôi đèn: E27 Điện áp nguồn: 220V AC – 50Hz, công suất 250W	Cái	5	
13	Máy đo huyết áp lớn	Máy đo huyết áp người lớn Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg Độ chính xác ± 3 mmHg Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao Quy cách: Bộ/ hộp TC: ISO 13485	Cái	5	
14	Dây mắc kim châm cứu chui dẹp	Phụ kiện máy châm cứu: dây châm cứu đầu cá sấu - CHUI DẸP	Sợi	40	
15	Dây mắc kim châm cứu chui tròn	Phụ kiện máy châm cứu: dây châm cứu đầu cá sấu -CHUI TRÒN	Sợi	40	
Tổng số: 15 mặt hàng					